

血糖測定値に影響を及ぼすブラリドキシムヨウ化メチル(PAM)の試験成績39改訂版

別表	体外診断用医薬品製販業者名	体外診断用医薬品販売名	測定機器名	測定機器・製販業者名	影響の有無	備考欄
1	株式会社 アークレイ	スポットケム II	スポットケム EZ SP-4430	株式会社 アークレイ	なし	
2	アボット ジャパン株式会社	G3血糖測定電極	プレジジョンP0x	アボット ジャパン株式会社	なし	
3		G3血糖測定電極	エキストラ	アボット ジャパン株式会社	なし	
4		G3血糖測定電極	プレジジョン エクシード	アボット ジャパン株式会社	なし	
5		G3b血糖測定電極	エキストラ	アボット ジャパン株式会社	なし	
6		G3b血糖測定電極	プレジジョン エクシード	アボット ジャパン株式会社	なし	
7		FSプレジジョン血糖測定電極	プレジジョン エクシード	アボット ジャパン株式会社	なし	
8		FSプレジジョン血糖測定電極	フリースタイルプレジジョンネオ	アボット ジャパン株式会社	なし	
9		FSプレジジョン血糖測定電極	FreeStyleリブレ	アボット ジャパン株式会社	なし	
10		G3cH血糖測定電極	プレジジョン エキストラ	アボット ジャパン株式会社	なし	
11		G3cH血糖測定電極	プレジジョン エクシード	アボット ジャパン株式会社	なし	
12		G3cH血糖測定電極	プレジジョン エクシード H	アボット ジャパン株式会社	なし	
13		G3cH血糖測定電極 バーコード	プレジジョン エクシード プロ	アボット ジャパン株式会社	なし	
14		FSプレジジョンネオH血糖測定電極	フリースタイルプレジジョンネオH	アボット ジャパン株式会社	なし	
15		FSプレジジョンプロ血糖測定電極	フリースタイルプレジジョンプロ	アボット ジャパン株式会社	なし	
16		FS血糖測定電極 ライト	フリースタイルフリーダム ライト	アボット ジャパン株式会社	なし	
17		FS血糖測定電極 ライト	ニプロフリースタイルメーターフリーダム	ニプロ株式会社	なし	
18		FS血糖測定電極 ライト	ニプロフリースタイルメーター フラッシュ	ニプロ株式会社	なし	
19		ニプロFS血糖センサー ライト	ニプロフリースタイルフリーダム ライト	アボット ジャパン株式会社	なし	
20		ニプロFS血糖センサー ライト	ニプロフリースタイルメーターフリーダム	ニプロ株式会社	なし	
21		ニプロFS血糖センサー ライト	ニプロフリースタイルメーター フラッシュ	ニプロ株式会社	なし	
22	インバネス・メディカル・ジャパン株式会社	コレステックLDXカセット	コレステックLDXスキャモニ	インバネス・メディカル・ジャパン株式会社	なし	
23	栄研化学(株)	エクディアル 栄研 GLU	7170S形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	低値	
24		エクディアルXL 栄研 GLU-II	7170S形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	高値	
25	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティクス株式会社	ビトロス スライドGLU	ビトロス5.1FS	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティクス株式会社	なし	
26		ビトロス スライドGLU	ビトロス350	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティクス株式会社	なし	
27		ビトロス スライドGLU	ビトロス250	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティクス株式会社	なし	
28	オリンパス株式会社	AUリエージェント Glu (HK)	自動分析装置OLYMPUS AU400	オリンパス株式会社	低値	
29		AUリエージェント Glu (HK)	自動分析装置OLYMPUS AU640	オリンパス株式会社	低値	
30		AUリエージェント Glu (HK)	自動分析装置OLYMPUS AU2700	オリンパス株式会社	低値	
31		AUリエージェント Glu (HK)	自動分析装置OLYMPUS AU5400	オリンパス株式会社	低値	
32	株式会社 カイノス	GL-5 カイノス	7012形日立分光光度計	株式会社日立テクノロジーズ	なし	
33		アクアオートカイン U-GLU試薬	7170形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	なし	
34		アクアオートカイン GLU試薬	7170形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	高値	
35	関東化学株式会社	シカリキッド GLU	7170S形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	なし	
36		シカリキッド GLU J	7170S形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	高値	
37	株式会社 徳興製薬工業	ランピア リキッド S-GLU-HK	7180形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	高値	
38	グンゼ株式会社	サイクリックGBセンサー	簡単測糖 Gチェッカー	グンゼ株式会社	高値	
39	シーメンスメディカルソリューションズ・ダイアグノスティクス株式会社	キルフォード グルコース測定試薬	エクスプス プラス(発売中止)	シーメンスメディカルソリューションズ・ダイアグノスティクス株式会社	高値	
40		フレックスカードリッジ グルコース GLU	臨床化学自動分析装置デメンション シリーズ	シーメンスメディカルソリューションズ・ダイアグノスティクス株式会社	高値	
41		フレックスカードリッジ グルコース(N) GLU	臨床化学自動分析装置デメンション シリーズ	シーメンスメディカルソリューションズ・ダイアグノスティクス株式会社	高値	
42	シスメックス株式会社	グルコース-E試薬	7170S形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	なし	
43		GLU試薬・A	7170S形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	低値	
44		GLU試薬・L「コクサイ」	7170S形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	高値	
45	株式会社 シノテスト	GLUネオ "シノテスト"	7170S形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	なし	
46		クイックオートネオ GLU-HK	7170S形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	高値	
47	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社	LFSクイックセンサー	ワンタッチウルトラ	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社	高値	
48		ワンタッチアシストペーパー	ワンタッチアシスト	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社	-	試験検体ではエラーとなり結果なし。
49		LFSクイックセンサー	ワンタッチウルトラビュー	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社	高値	
50		ワンタッチベリオセンサー 医科用	ワンタッチベリオプラス	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社	-	試験検体ではエラーとなり結果なし。
51	株式会社 セロテック	グルコース測定用セロテックJUGLU-L	7170形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	低値	
52		グルコース測定用「セロテック」GLU-HL	7170形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	高値	
53	株式会社 積水メディカル	ピュアオートS GLU-R	7170S形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	なし	
54		ピュアオートS GLU	7170S形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	高値	
55		クオリジェント GLU	9000形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	なし	
56		オートセラS GLU	7170S形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	高値	
57	株式会社 テクノメディカ	GASTAT-miniセンサーカードグルコース測定用	GASTAT-mini	株式会社テクノメディカ	なし	
58	テルモ株式会社	メディセーフチップ	メディセーフミニGR-102	テルモ株式会社	なし	
59		メディセーフフィットチップ	メディセーフフィット	テルモ株式会社	なし	
60		メディセーフフィットチップ	メディセーフフィットプロ	テルモ株式会社	なし	
61	株式会社 デンカ生研	自動分析用試薬「生研」 GLU-S	7180形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	低値	
62	東洋紡績株式会社	ダイヤカラー GC	7180形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	なし	
63	(株) 苦小牧臨床検査センター	GLU-TR	7180形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	なし	
64	日東紡績株式会社	N-テスト Glu-T (ニトホー)	用手法		なし	
65		N-アッセイ Glu-UL (ニトホー)	7170形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	高値	
66	ニプロ株式会社	ニプロフリースタイルセンサー	ニプロフリースタイルメーターフラッシュ	ニプロ株式会社	なし	
67		ニプロフリースタイルセンサー	ニプロフリースタイルメーターフリーダム	ニプロ株式会社	なし	
68		エスバ・Glu(HK)リキッド II	7170形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	なし	
69		ニプロケアファストセンサー	ニプロケアファストメーター	ニプロ株式会社	なし	
70		ニプロTRUEセンサー	ニプロTRUEpicco	ニプロ株式会社	なし	
71	バイエル薬品株式会社	オートディスクセンサー	デキスター2 II	バイエル薬品株式会社(販売元)	高値	全血を使用した。
72		オートディスクセンサー	アセンシアプリズ	バイエル薬品株式会社	高値	全血を使用した。
73		イージーフィルセンサー	アセンシアプリオ	バイエル薬品株式会社	高値	
74		イージーフィルセンサー	アセンシアプリオ	バイエル薬品株式会社	高値	全血を使用した。
75		プリズ2センサー	プリズ2	バイエル薬品株式会社	高値	全血を使用した。
76	パナソニックヘルスケア株式会社	ダイアセンサー	グルコカード ダイアメーター α	株式会社アークレイ	高値	
77		グルテストセンサー	グルテストエース GT-1640	株式会社アークレイ	高値	
78		グルテストセンサー	グルテストPRO R	株式会社アークレイ	高値	
79		グルテストセンサー	グルテストエースR	株式会社アークレイ	高値	
80		Gセンサー	グルコカードGメーター	パナソニックヘルスケア株式会社	高値	
81		Gセンサー	グルコカード+Gメーター	パナソニックヘルスケア株式会社	高値	
82		グルテストNeoセンサー	グルテストNeo	パナソニックヘルスケア株式会社	高値	
83		グルテストNeoセンサー	グルテストNeoスーパー	パナソニックヘルスケア株式会社	高値	
84		ミントセンサー	グルテストミント	パナソニックヘルスケア株式会社	-	全血を使用した。
85	日立化成株式会社	セラテスタム GLU	日立クリニカルアナライザーE40/M40/S40/	日立化成株式会社	高値	
86	富士フイルム株式会社	富士ドライケムスライド GLU-W120	富士ドライケム300G	富士フイルム株式会社	なし	
87		富士ドライケムスライド GLU-W120	富士ドライケム300G	富士フイルム株式会社	なし	全血を使用した。
88		富士ドライケムスライド GLU-WIII	富士ドライケム7000	富士フイルム株式会社	なし	
89		富士ドライケムスライド GLU-WIII	富士ドライケム7000	富士フイルム株式会社	なし	全血を使用した。
90		富士ドライケムスライド GLU-PIII	富士ドライケム7000	富士フイルム株式会社	なし	
91	扶桑薬品工業株式会社	アイ・スリットカードリッジCG8+	アイ・スリットアナライザー200	扶桑薬品工業株式会社	低値	
92		アイ・スリットカードリッジCG8+	アイ・スリットアナライザー200	扶桑薬品工業株式会社	なし	
93	ベックマン・コールター株式会社	アストラ測定試薬シリーズ グルコース試薬「ベックマン」	ユニセルDXC600クリニカルシステム	ベックマン・コールター株式会社	なし	
94		シンクロンシステム グルコース試薬	ユニセルDXC600クリニカルシステム	ベックマン・コールター株式会社	高値	
95	ニプロ株式会社	デタミナーL GLU HK	7070形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	低値	
96		デタミナーL GLU II	7070形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	低値	
97		イアトロQ GLU	7070形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	低値	
98	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	アキュチェックアピバストリップ	アキュチェックアピバ	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	高値	
99		アキュチェックアピバストリップ II	アキュチェックアピバ ナノ	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	-	試験検体ではエラーとなり結果なし。
100		アキュチェックコンバクトドラム II	アキュチェックコンバクト	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	なし	
101		アキュチェックコンバクトドラム II	アキュチェックコンバクトプラス	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	なし	
102		アキュチェックコンバクトドラム III	アキュチェックコンバクトプラス	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	なし	
103		アクトレンド グルコース II B	アクトレンドGGT	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	なし	
104		リキテック グルコース・HK・テスト	モジュラーアナリティクス増設用D分析モジュール増設用P分析モジュール	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	なし	
105		アドバンテージテストストリップS	アキュチェックコンフォート	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	高値	
106		アキュチェックアクティブスティック	アキュチェックアクティブ II	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	なし	
107		レフトロン システム レフトロン グルコース(GLU)	レフトロンプラス	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	なし	
108		コバ試薬GLUC III	コバインテグラ	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	高値	
109		アキュチェックモバイル テープカセット	アキュチェックモバイル	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	なし	
110		アキュチェックアピバストリップ F	アキュチェックアピバ ナノ	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	-	試験検体ではエラーとなり結果なし。
111		アキュチェック ST ストリップ	アキュチェック ST メーター	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	-	試験検体ではエラーとなり結果なし。
112		アキュチェックモバイル テープカセットF	アキュチェックモバイル	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	なし	
113	株式会社 ミズホメディー	オートA「ミズホ」GL	7170形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	なし	
114		リキッド グルコース II	7170形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	高値	
115	和光純薬工業株式会社	グルコースC II ティラトワーク	U3000形自記分光光度計	株式会社日立テクノロジーズ	なし	
116		Lタイプフワー Glu2	7170S形日立自動分析装置	株式会社日立テクノロジーズ	高値	
117	アイ・エル・ジャパン株式会社	GEM-プレミア3000PAK	血液ガス分析装置 GEM-プレミア3000	アイ・エル・ジャパン株式会社	高値	
118		GEM-プレミア4000PAK	血液ガス分析装置 GEM-プレミア4000	アイ・エル・ジャパン株式会社	高値	
119		GEM-プレミア3500PAK	血液ガス分析装置 GEM-プレミア3500	アイ・エル・ジャパン株式会社	高値	
120	平和物産(株)	アーマ グルコース カートリッジ	アーマ血液ガス分析装置	平和物産(株)	あり	全血を使用した。低値、高値一定の傾向なし
121			アダマス グルコース GA-1170	株式会社アークレイ	なし	
122			全自動糖分析装置GA08 II	株式会社アイアンドティー	なし	
123			GASTAT-603ie	株式会社テクノメディカ	なし	
124			アントセンスIII	株式会社製薬所	高値	
125			アントセンスIII	株式会社製薬所	高値	全血を使用した。
126			アントセンスII	株式会社製薬所	高値	
127			ケアシスト	株式会社製薬所	高値	全血を使用した。
128			コバS b 221	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	なし	